



職安衛股份有限公司呼吸防護具檢測中心

O.S.H.CO., Ltd

測試報告

Test Report



報告日期： 2022/08/19 收件日期： 2022/08/08 測試日期： 2022/08/16
報告編號： AFT-1110808001 測試件類別： 口罩
委託單位： 台灣衛生科技股份有限公司 測試地點： 職安衛股份有限公司
連絡地址： 台北市大安區復興南路一段 352 號 3 樓之 2

報告頁數: P 1/3

試驗方法	試驗項目	試驗結果
1. 客戶要求試驗條件： - CNS 14755：2022 2. 本報告樣本數量為 10 3. 流率：85.2 Liter/min 4. 試驗樣本/型式： THP-31V 台灣衛生 N99 外科 專用口罩(四層)	次微米粒子防護效率(%) (0.075 μ m NaCl, CMD)	01 99.6
		02 99.5
		03 99.5
		04 99.4
		05 99.6
		06 99.2
		07 98.3
		08 99.7
		09 99.7
		10 99.0
		平均 99.3

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品符合性做判斷。
2. 委託者所提供之樣本為委託廣鎬企業有限公司製作。

職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心
402 台中市南區復興北路 102 號 1 樓
1st F., No.102, Fuxing N. Rd., South
Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 04-22601786 Fax: 04-22602817
E-mail: osh.scba@msa.hinet.net

職安衛股份有限公司

呼吸防護具檢測中心 報告簽署人：

註記：

1. 本報告僅對測試樣本負責，測試樣本保留期限一個月。
2. 本報告非經本檢測部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3. 本報告所載事項，僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。

詹士賢



職安衛股份有限公司呼吸防護具檢測中心

O.S.H.CO., Ltd

測試報告 Test Report



報告日期： 2022/08/19 收件日期： 2022/08/08 測試日期： 2022/08/16
報告編號： AFT-1110808001 測試件類別： 口罩
委託單位： 台灣衛生科技股份有限公司 測試地點： 職安衛股份有限公司
連絡地址： 台北市大安區復興南路一段 352 號 3 樓之 2

報告頁數: P 2/3

試驗方法	試驗項目		試驗結果
1. 客戶要求試驗條件： - CNS 14755：2022 2. 本報告樣本數量為 10 3. 流率： ✓ 吸氣進氣 85.1 Liter/min ✓ 呼氣進氣 85.2 Liter/min (量測空氣經 HEPA 過濾) 4. 試驗樣本/型式： THP-31V 台灣衛生 N99 外科 專用口罩(四層)	吸氣阻抗 (Pa)	01	100.9
		02	97.0
		03	97.0
		04	100.9
		05	108.8
		06	115.6
		07	90.2
		08	98.0
		09	96.0
		10	86.2
		平均	99.1
	呼氣阻抗 (Pa)	01	61.7
		02	61.7
		03	64.7
		04	63.7
		05	60.8
		06	61.7
		07	62.7
		08	60.8
		09	64.7
		10	58.8
		平均	62.1

職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心
402 台中市南區復興北路 102 號 1 樓
1st F., No.102, Fuxing N. Rd., South
Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 04-22601786 Fax: 04-22602817
E-mail: osh.scba@msa.hinet.net

職安衛股份有限公司

呼吸防護具檢測中心 報告簽署人：_____

註記：

1. 本報告僅對測試樣本負責，測試樣本保留期限一個月。
2. 本報告非經本檢測部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3. 本報告所載事項，僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。

詹士賢